





## **CLEANISEPT® WIPES**

### **Forte Maxi**

Lingettes sans alcool Dispositif médical de classeIIb

# Simplicité d'usage = efficacité

#### DESINFECTION RAPIDE DES SONDES D'ECHOGRAPHIE ENDOVAGINALES

#### ETAPE 1

Nettoyer la sonde avec un essuie-tout (élimination du gel).

#### ETAPE 2

Retirer la gaine protectrice.

#### ETAPE 3

Utilisation d'une lingette CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI pour réaliser la détersion.

#### **ETAPE 4**

Utilisation d'une seconde lingette CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI pour réaliser la désinfection.

#### ETAPE 5

Utiliser la lingette CLEANISEPT WIPES FORTE MAXI pour une désinfection de toutes surfaces pouvant entrer en contact avec la sonde.

#### ETAPE 6

Laisser agir 2 minutes sans sécher

#### ETAPE 7

Remettre une nouvelle gaine protectrice avant l'examen.

#### **CARACTERISTIQUES PRODUIT**

#### VIRUCIDE EN 14476 / SPORICIDE EN 13704 / BACTÉRICIDE EN 16615

- Universelles et faciles à utiliser
- Détergentes et désinfectantes
- Validées par la plupart des fabricants de sondes (PHILIPS, SAMSUNG, SIEMENS, SONOACE, SONOSCAPE, TOSHIBA, ZONARE, GE HEALTHCARE, HITASHI, MINDRAY)
- Spectre d'activité rapide (2 minutes)
- Spécialement adaptées pour une désinfection de surfaces de dimensions intermédiaires

#### **POUR TOUT COMPLEMENT D'INFORMATION:**